



Schweizerische Gesellschaft für Sterilgutversorgung  
Société Suisse de Stérilisation Hospitalière  
Società Svizzera di Sterilizzazione Ospedaliera

## CJKV und Epidemienverordnung

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wie in der letzten Forum-Ausgabe angekündigt, planen wir, Ihnen wichtige Informationen per Mail zu übermitteln, damit Sie schneller auf dem neuesten Stand wissenschaftlicher Erkenntnisse sind und so Ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen können.

Ab dem 1. Januar 2016 tritt die Verordnung über die Prävention der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit ausser Kraft und wird in die Epidemienverordnung (siehe Beilage) integriert.

*Artikel 25: Verhütung der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit bei chirurgischen und medizinischen Eingriffen.*

1. *Zur Verringerung des Übertragungsrisikos aller Formen der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit müssen Spitäler und Kliniken wiederverwendbare invasive Medizinprodukte, die in sterilem Zustand zu verwenden sind, insbesondere chirurgische Instrumente, vor jeder Anwendung:*
  - a. *nach dem Stand der Wissenschaft und unter Berücksichtigung der Angaben des Herstellers dekontaminieren und desinfizieren; und*
  - b. *bei 134°C im gesättigten gespannten Wasserdampf 18 Minuten lang sterilisieren.*

2. *Medizinprodukte, die gemäss den Angaben des Herstellers durch das Sterilisationsverfahren Schaden nehmen, dürfen nicht wiederverwendet werden, wenn sie durch vergleichbare Medizinprodukte ersetzt werden können, die dem Verfahren standhalten.*
  
1. *Andere Gesundheitseinrichtungen als Spitäler und Kliniken, insbesondere Arztpraxen, müssen Medizinprodukte, die für neurochirurgische, ophthalmologische, otorhinolaryngologische oder kieferchirurgische Eingriffe verwendet wurden, nach den Absätzen 1 und 2 behandeln.*

Der Unterschied im Vergleich zum alten Text ist Gelb hinterlegt.

Artikel 102 stipuliert, dass die Kantone für die Kontrolle verantwortlich zeichnen. Wir wissen noch nicht, wie dies erfolgen wird. Werden mit Ihnen aber, sobald wir darüber informiert sind, unverzüglich erneut kommunizieren.

Bezüglich der thermosensiblen Instrumente werden Sie von uns sehr bald eine Information erhalten.

Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr 2016!

Frédy Cavin  
Präsident SGSV/SSSH/SSSO